

Datum: 2020-07-21

Dnr: I 2020/00525/E

Infrastrukturdepartementet
Energienheten
103 33 Stockholmi.remissvar@regeringskansliet.se
i.e.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande över remiss gällande Elsäkerhetsverkets hemställen om ändring av lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet och om ändring av förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift.

Läkemedelverket anser att förslaget är bra och att resurser behövs för granskning samt förbättringsarbete inom område EMC.

Gällande produkter där Läkemedelsverket är involverat så är de medicintekniska produkterna i hemsjukvård av vikt.

Behandling av patienter samt vård av sjuka ökar kontinuerligt i hemsjukvård. Mer och mer avancerad utrustning används och överföring av information mellan hemmet och vårdenheten.

Utrustning används även ute i det publika samhället och utsätts därmed för EMC i olika odefinierbara situationer. Här kan som exempel nämnas pacemaker, larm, ventilatorer och elrullstolar.

Medicintekniska produkter ska uppfylla de EMC krav som anges i standarder framtagna för att skydda dessa specifika produkter. Det vill säga att de är skyddade upp till vissa nivåer av frekvenser och fältstyrka. Ligger däremot störningen utanför

vad de är testade och tillverkade för så kan incidenter hända. Incidenter där brukare är ensamma med sin utrustning kan leda till stora konsekvenser.

Detta yttrande har beslutats av t.f. enhetschef Ewa-Lena Hartman. Föredragande har varit utredaren Karl-Erik Westman.

På läkemedelsverkets vägnar



Ewa-Lena Hartman



Karl-Erik Westman